


Emergency Wash Stations Infographic – Spanish




Lavado de Ojos y Duchas de Emergencia

Los tres tipos principales de equipos para el lavado de primeros auxilios incluyen las estaciones para el lavado de ojos, equipo para el lavado de ojos/cara y duchas de emergencia.

Estaciones para el Lavado de Ojos

Las estaciones para el lavado de ojos son utilizadas para salpicaduras o derrames donde es probable que solo los ojos han sido afectados. El equipo aprobado debe de proporcionar al menos 0.4 galones por minuto (galons per minute -GPM, por su nombre y siglas en inglés) de líquido de enjuague a 30 libras por pulgada cuadrada (per square inch -PSI, por su nombre y siglas en inglés) durante 15 minutos.

Los dos tipos principales de unidades de emergencia para el lavado de ojos que cumplen con los estándares de OSHA y ANSI/ISEA son:



agua (grifo) son encontradas en muchos laboratorios, clínicas, y escuelas y se conectan a la llave del agua de un lavabo o fregadero.

Estos tipos de lavaojos deben de cumplir con los estándares de ANSI/ISEA para que se activen en un segundo o menos.

- **Estaciones portátiles**

Las estaciones portátiles cuentan con un tanque autónomo de agua u otro líquido. Son prácticas en vehículos de seguridad y de rescate donde no se

dispone de una fuente de agua o de plomería confiable. También se pueden fijar de forma permanente. Los tipos de estaciones portátiles para el lavado de ojos incluyen: